

Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II
Drobny sprzęt laboratoryjny

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość j.m.
1.	Termometr mini/max umożliwiający pomiar temperatury w lodówce	MINI-MAX. Zakres mierzonych temperatur -30°C ... + 70°C, rozdzielczość 0,1°C, wyświetlacz LCD, zasilanie: bateria 1/2xAA 3,6V, wymiary obudowy ok. 45x100x19mm, waga 85g, wykonany w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na kurz, brud i wodę. Typu TERMIK lub równoważny. Wymagane świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium PCA	szt.	2
2.	Cylindry miarowe 50 ml	Klasa A , niebieskie oznaczenia, podziałka umożliwiająca pomiar objętości w przedziale nie mniejszym niż 10 – 50 ml, całoszklany z wylewem. Dołączyć do oferty aktualny certyfikat ISO EN-ISO 9001:2008 producenta szkła.	szt.	40
3.	Cylindry miarowe 50 ml	Klasa B , niebieskie oznaczenia, podziałka umożliwiająca pomiar objętości w przedziale nie mniejszym niż 10 – 50 ml, całoszklany z wylewem. Dołączyć do oferty aktualny certyfikat ISO EN-ISO 9001:2008 producenta szkła.	szt.	30
4.	Mieszadło magnetyczne	- Z płyta grzejna sterowana termostatycznie; - Wbudowany termometr; - Regulacja obrotów: 100-1600 obr./min.; obroty max 1600 - Dokładność stabilizacji temperatury (w zależności od masy cieczy): ± 1-30C; - średnica płyty grzejnej: 150mm, - Max. objętość cieczy: 4 litry; - Wymiary 200 x 200 x 150 mm - Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy 20-99°C Wymagane świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium PCA.	szt.	20
5.	Lejek	Szklany, o średnicy wewnętrznej 150mm dla mocowania sit, wysokość nóżki równa lub mniejsza niż 125mm, średnica nóżki nie mniejsza niż 16mm. Dołączyć do oferty aktualny certyfikat ISO EN-ISO 9001:2008 producenta szkła.	szt.	40
6.	Zlewki 3 l.	Szklane z wylewem, niskie o pojemności 3 l, z podziałką co 500 ml, klasy A, z certyfikatem serii, płaskodenna Wysokość 21 cm, średnica 15 cm. (szkło Simax, kavalier glass) lub równoważne. Dołączyć do oferty aktualny certyfikat ISO EN-ISO 9001:2008 producenta szkła.	szt.	50
7.	Żarówki do trychoskopów	Philips nr kat. 7023 lub Osram nr kat. 64625	szt.	30
8.	Tusz do znakowania mięsa	Tusz typu hauptner brązowy 1l. płyn butelka Dopuszczony do kontaktu z żywnością	szt.	306
9.	Wózek konfiskator	metalowy ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej -rączki z boku konfiskatora -na trzech kółkach gumowych z ruchomymi łożyskami -zaworek spustowy na wodę w dolnej części konfiskatora -pojemność 60-80 lit. -pokrywa na konfiskator z rączką -wysokość 50cm (część met. bez kółek) -szerokość 40cm	szt.	1
10.	Malakser	Rozdrabniacz do mięsa z ostrym tnącym ostrzem; regulowana szybkość obrotów, wyposażony w pojemnik o pojemności 350 ml oraz praktyczny kubek do odmierzania. O mocy 450 W, 2 pozycyjna regulacja obrotów pracy oraz praktyczny uchwyt do zawieszania, wyposażony w przystawkę miksującą i siekającą, z miejscem na nawinięcie przewodu, ergonomiczny kształt np. Braun lub równoważny.	szt.	60